

REQUISITOS PABELLON DE CIRUGIA MAYOR Y MENOR EN UNIDADES A FLOTE

I. REQUISITOS PABELLON DE CIRUGIA MAYOR

AMBITO INFRAESTRUCTURA: RECINTOS GENERALES					
Requisitos:			SI	NO	
1.	El (los) quirófano (s) es(son) independientes de otras áreas clínicas de la Unidad (Buque) y exclusivos para las actividades quirúrgicas				
2.	El área administrativa está separada del área quirúrgica				
El (los) Pabellones Quirúrgicos tienen las siguientes áreas:					
3.	Área No Restringida	Existen elementos que restringen el acceso			
4.		Las puertas de acceso al quirófano permiten el tránsito rápido de una camilla y equipo de soporte vital			
5.		Existe área para almacenamiento y lavado de elementos de limpieza ² .			
6.	Área Restringida	Acceso a quirófanos sin obstáculos fijos o permanentes			
7.		Existe área para lavado quirúrgico ³			
8.		Existen "quirófanos" (recintos para efectuar intervenciones quirúrgicas)			
9.		Existe área para almacenamiento de material estéril (insumos, instrumental y ropa)			
10.		Existe área para almacenamiento de drogas y medicamentos			
11.		Existe recinto para almacenar y efectuar mantención de equipos ⁴			
12.	Área post cirugía ⁵	Existe área para recuperación secundaria			
Observaciones					

² Área con depósito de lavado profundo para almacenamiento y limpieza de artículos de aseo (carros de aseo, escobillones, ropas, etc.)

³ Lavamanos equipados con grifería que permita Chorro de agua único, elevado y con posibilidad de regulación de temperatura

⁴ Recinto almacenamiento de equipos: rayos X portátil; módulos de laparoscopia, endoscopia; camillas; lámparas auxiliares; etc.

⁵ Área pre y post cirugía ambulatoria: puede estar en la Unidad de Pabellones Quirúrgicos o en una Unidad de Cirugía Ambulatoria independiente

AMBITO INFRAESTRUCTURA: QUIROFANO ⁶			
Requisitos:		SI	NO
1.	Cada quirófano es para una intervención quirúrgica individual		
2.	Dispone de superficie despejada suficiente para la operación del equipo médico y el equipamiento fijo y móvil del quirófano ⁷ .		
3.	El quirófano cuenta con autorización de instalación radiactiva que permite realizar cirugías con aplicación de técnicas radiológicas		
4.	Existen al menos los siguientes	1 toma de aire medicinal	
5.	puntos de suministro permanente de	2 tomas de oxígeno	
6.	gases clínicos:	1 toma de óxido nitroso ⁸	
7.		3 tomas de vacío por aspiración	
8.	Existen al menos los siguientes	2 enchufes de 16 amperes	
9.	puntos de suministro eléctrico	10 tomas de enchufes de 10 amperes, 3 de los cuales serán exclusivos para monitorización y para máquina de anestesia	
10.	Existe sistema que permite las siguientes condiciones ambientales:	15 cambios por hora del volumen de aire del quirófano, acorde a las características del equipo de inyección de aire (cuando el quirófano está en uso) con un 100% de aire de la intemperie	
11.	Existe sistema que permite las	Presión positiva de aire en el quirófano	
12.	siguientes condiciones ambientales:	Humedad relativa del aire de 50%	
13.		Temperatura ambiental de 20° C (+ - 2°C)	
14.		Aire filtrado acorde a características de los equipos	
15.	Pisos y muros lavables	Las terminaciones de muros y cielos están libres de grietas, juntas abiertas o fisuras	
16.		Los pisos y terminaciones de muros y cielos, son monolíticos y libres de juntas.	
17.		Los pisos son semiconductivos	
18.	Cada quirófano cuenta con el	Mesa quirúrgica	
19.	siguiente equipamiento propio	Lámpara quirúrgica	
20.		Máquina de anestesia	
21.		Elementos de intubación endotraqueal y	
22.		Drogas de emergencia e insumos desechables	
23.		Oxímetro de Pulso	
24.		Equipos de monitoreo de presión arterial	
25.		Equipo de monitoreo cardíaco	
26.		Sistema para la medición de temperatura corporal	
27.		Fonendoscopio	
28.		Porta sueros	
29.		Electro bisturí	
30.		Mesa de arsenalera	
31.		Negatoscopio	
32.		Sistema de aspiración rodable para campo	
33.		Mesa Mayo	
34.		Lámpara autoenergizada	
Observaciones			

⁶ Corresponde aplicar este módulo a cada quirófano individualmente.

⁷ El tamaño dependerá de la cantidad de personas que incluya el equipo médico y de apoyo médico, de la cantidad de alumnos si es Establecimiento docente asistencial, de los equipos móviles que se requieran.

⁸ Puede existir una red de óxido nitroso centralizada en la unidad o bien disponer de óxido nitroso en balones

AMBITO INFRAESTRUCTURA: AREA DE RECUPERACIÓN ANESTESICA				
Requisitos:			SI	NO
1.	Existe área para recuperación anestésica independiente			
La sala de recuperación cuenta con las siguientes condiciones:				
2.	Dispone de al menos una cama o camilla de recuperación por cada quirófano con barandas			
3.	Dispone de espacio para acceder a la cama (o camilla) en caso de emergencia			
4.	Suministro permanente de aspiración ⁹ , con vacuómetro y frasco aspiración			
5.	Suministro permanente de oxígeno ¹⁰ equipado con manómetro, regulador de flujo y humidificador			
6.	4 tomas de enchufes de 10 A			
7.	Dispositivos de organización de instalaciones y equipos ¹¹			
8.	Puesto de observación de enfermería con visión sobre todos los pacientes			
9.	Sistema de alarma de paro cardio respiratorio y otras emergencias			
10.	Un Lavamanos			
11.	Área limpia ¹² para preparación de material e insumos clínicos, de material resistente a la humedad y lavable			
12.	Mobiliario ¹³ para almacenar insumos clínicos limpios y estériles y medicamentos			
13.	Área sucia ¹⁴ para depósito transitorio del instrumental en uso			
14.	Sistema para mantener una temperatura ambiental de 20º C (+ -2º C) mientras haya pacientes en recuperación			
15.	Cuenta con el siguiente equipamiento propio	Acceso a carro de resucitación cardio- respiratorio		
16.		1 Equipo de monitoreo cardíaco(por cada 2 camas o camillas)		
17.		1 Oxímetro de Pulso		
18.		Fonendoscopio		
19.		Sistema para la medición de temperatura corporal		
20.		Equipo de medición de presión arterial		
Observaciones				

⁹ Puede ser red centralizada o motor aspiración portátil

¹⁰ Puede ser red centralizada o balón oxígeno portátil con carro de transporte y anclaje de seguridad

¹¹ Pueden ser dispositivos empotrados en muro, adosados a camilla del paciente, rieles en cielo, o porta sueros con o sin ruedas cuya finalidad sea sostener bolsas de soluciones o equipos clínicos.

¹² Superficie para preparación de material e insumos de atención clínica puede ser un mesón, repisa o carro de procedimientos

¹³ Mobiliario: puede ser vitrina cerrada o carro de transporte de material limpio y estéril

¹⁴ Superficie para depósito transitorio de instrumental en uso: puede ser un mesón, repisa o carro de procedimientos

AMBITO INFRAESTRUCTURA: RECINTO TRABAJO SUCIO DE PABELLÓN		
Requisitos:	SI	NO
Espacio destinado al depósito transitorio del instrumental y elementos utilizados en las intervenciones y/o procedimientos cuenta con las siguientes condiciones:		
1. Depósito de lavado profundo		
2. Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo ¹⁵		
3. Contenedores para estacionamiento transitorio de ropa sucia ¹⁶		
4. Contenedores para estacionamiento transitorio de residuos sólidos ¹⁷		
Observaciones:		

EQUIPAMIENTO

AMBITO EQUIPAMIENTO: EQUIPAMIENTO BASICO		
Requisitos:	SI	NO
El Pabellón Quirúrgico cuenta con el siguiente equipamiento básico:		
1. Línea telefónica directa		
2. Capnógrafo		
3. Bomba de infusión		
4. Apurador de sueros		
5. Sistema para calentar sueros		
6. Equipo de resucitación cardio-pulmonar ¹⁸		
7. Refrigerador para medicamentos que lo requieran		
8. Acceso a RX portátil y Elementos de protección radiológica cuando corresponda		
El Pabellón Quirúrgico cuenta con sistema para abastecimiento en forma normal y en urgencias, de:		
9. Instrumental quirúrgico adecuado a cada cirugía		
10. Insumos para efectuar los procedimientos quirúrgicos		
11. Ropa estéril para uso quirúrgico		
12. Medicamentos y drogas		
Observaciones:		

¹⁵ En caso de que no exista un espacio exclusivo para este propósito
¹⁶ En caso de que no exista un espacio exclusivo para este propósito
¹⁷ En caso de que no exista un espacio exclusivo para este propósito
¹⁸ Equipo de resucitación cardio-pulmonar: puede ser compartido con sala de recuperación

II. REQUISITOS PABELLONES DE CIRUGIA MENOR

AMBITO INFRAESTRUCTURA: RECINTOS GENERALES			
Requisitos:		SI	NO
Cuenta con las siguientes dependencias:			
1.	Acceso a recinto aseo		
Observaciones:			

AMBITO INFRAESTRUCTURA: AREA QUIRURGICA			
Requisitos:		SI	NO
El Área quirúrgica cuenta con:			
1.	Vestuario de Personal anexo al quirófano		
2.	Sector de lavado quirúrgico ¹⁸ anexo al quirófano		
3.	Sector almacenamiento equipos, ropa e instrumental estéril		
Observaciones:			

¹⁸ Lavamanos equipados con grifería que permita chorro de agua único , elevado y con posibilidad de regulación de temperatura

AMBITO INFRAESTRUCTURA: QUIRÓFANO o PABELLON CIRUGÍA MENOR			
Requisitos:		SI	NO
1.	El quirófano es de uso exclusivo para realizar intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos.		
	El quirófano cuenta con las siguientes condiciones:		
2.	Acceso único		
3.	Ventanas selladas ó con cierres herméticos		
4.	Dispone de espacio para acceder a la camilla ó sillón dental por tres costados en caso de emergencia		
5.	Dispositivos de organización de instalaciones y equipos ¹⁹		
6.	Mobiliario ²⁰ para almacenar insumos clínicos limpios y estériles		
7.	Area limpia con superficie lavable ²¹		
8.	Iluminación focalizada en punto de trabajo (lámpara procedimiento)		
9.	Lámpara autoenergizada		
10.	Suministro de oxígeno ²² equipado con manómetro, regulador de flujo y humidificador		
11.	Suministro de aspiración ²³ con vacuómetro y frasco aspiración		
12.	Sistema de ventilación que permita 6 renovaciones de aire por hora		
13.	Pisos, muros, cielos de material lavable		
14.	Los quirófanos en que se utilicen fuentes y/o equipos generadores de radiaciones ionizantes deberán estar ubicados en zonas de acceso restringido a público y su personal, instalaciones deberán cumplir con la normativa vigente.		
Observaciones:			

AMBITO INFRAESTRUCTURA : RECINTO TRABAJO SUCIO			
Requisitos:		SI	NO
1.	Existe un espacio anexo a quirófanos destinado al depósito transitorio del instrumental sucio ²⁴ y elementos utilizados en los procedimientos		
El sector sucio que cuenta con:			
2.	Mesón de trabajo con cubierta lavable y resistente a la humedad		
3.	depósito de lavado profundo		
4.	Estacionamiento transitorio de contenedores con instrumental sucio		
5.	Estacionamiento transitorio de contenedores ropa sucia		
6.	Estacionamiento transitorio contenedores residuos sólidos		
7.	Elementos aseo exclusivos de quirófanos		
Observaciones:			

¹⁹ Pueden ser dispositivos empotrados en muro, adosados a camilla del paciente, rieles en cielo, o porta sueros con o sin ruedas.

²⁰ Mobiliario: puede ser vitrina cerrada o carro de transporte de material limpio y estéril

²¹ Superficie lavable para preparación de material e insumos de atención clínica puede ser un mesón, repisa o carro de procedimientos

²² Puede ser red centralizada o balón oxígeno portátil con carro de transporte y anclaje de seguridad

²³ Puede ser red centralizada o motor aspiración portátil

²⁴ Al interior del quirófano no se lavará ni desinfectará material ni instrumental.

EQUIPAMIENTO

AMBITO EQUIPAMIENTO: EQUIPAMIENTO BASICO ²⁵					
Requisitos:			SI	NO	
El Quirófano cuenta con el siguiente equipamiento básico:					
1.	Mesa Quirúrgica, Camilla de procedimientos ó Sillón dental según corresponda				
2.	Equipos de monitoreo de presión no invasivo				
3.	Oxímetro de pulso				
4.	Fonendoscopio				
5.	Mesa rodable para instrumental quirúrgico				
6.	El establecimiento cuenta con medicamentos, equipos e instrumental estéril adecuado a cada procedimiento definido en Ámbito Objetivo Asistencial				
Observaciones					

ÁMBITO EQUIPAMIENTO: ELEMENTOS DE REANIMACION CARDIO-PULMONAR ²⁶				
Requisitos			SI	NO
El Buque cuenta con el siguiente equipamiento de emergencia:				
1.	Elementos de Reanimación cardio-pulmonar	Bolsa de insuflación manual con mascarilla adulto		
2.		Oxígeno ²⁷ con manómetro y flujómetro, humidificador		
3.		Equipo Aspiración ²⁸		
4.		set de cánula Mayo y tubos de uso adulto		
5.		bigoteras y mascarillas para oxígeno uso adulto		
6.		medicamentos		
7.		existe profesional responsable de mantener operativos los equipos y medicamentos dentro de fecha de vencimiento		
Observaciones:				

²⁵ Equipamiento básico Dental cuando corresponda
²⁶ Equipamiento pediátrico cuando corresponda
²⁷ Equipamiento esta incorporado en Pabellón Cirugía Menor y en sala Observación. Puede existir red centralizada o balones c/ carro de transporte y fijación seguridad
²⁸ Equipamiento esta incorporado en Pabellón Cirugía Menor y en sala Observación .Puede existir red centralizada o motor portátil.