

REQUISITOS VACUNATORIO

ÁMBITO INFARESTRUCTURA:			
Requisitos:		SI	NO
1.	Señalizado		
2.	De uso exclusivo		
3.	Acceso a Control de Salud Infantil		
4.	Superficie de 9 mts2		
5.	Ordenado		
6.	Limpio		
7.	Iluminado		
8.	Área Clínica delimitada		
9.	Identificación de áreas limpias y sucias		
10.	Lavamanos		
11.	Área limpia con superficie lavable ² para preparación de material e insumos clínicos.		
12.	Jabón líquido		
13.	Toalla de papel desechable		
14.	Camilla		
15.	Escabel		
16.	Escritorio		
17.	2 sillas		
18.	Señalética		
19.	Basurero con bolsa plástica		
20.	Refrigerador dentro del vacunatorio		
21.	Botiquín dentro del vacunatorio		
22.	Botiquín de shock anafiláctico implementado y vigente		
23.	Mobiliario ³ para almacenar insumos clínicos		
Observaciones			

² Puede ser un mesón, repisa o carro de procedimientos
³ Mobiliario: puede ser vitrina cerrada o carro de transporte de material limpio y estéril

ÁMBITO EQUIPOS: REFRIGERACION			
Requisitos:		SI	NO
1.	De uso exclusivo		
2.	Refrigerador a la sombra		
3.	Refrigerador a 20 cms. de paredes, otros objetos u otro objeto		
4.	Nivelado		
5.	Cierre hermético		
6.	Enchufe exclusivo		
7.	Libre de polvo		
8.	Diagrama externo de ubicación de vacunas		
9.	Al interior del refrigerador vacunas en bandejas no perforadas		
10.	Bandeja identificada con el nombre de la vacuna		
11.	Vacunas ordenadas por tipo		
12.	Existe sistema de identificación de remesas anteriores		
13.	Existencia de programa de mantención y reparación		
14.	Conectado a equipo electrógeno		
15.	Con unidades refrigerantes o botellas con agua tapadas en su interior		
16.	Existencia de registro de actividades realizadas (libro de vida o bitácora)		
17.	Evaporador con menos de 1 cm de hielo		
18.	Con sistema de control de temperatura interna según normas		
19.	Termómetro al interior del refrigerador en posición vertical en la gaveta central		
20.	Temperatura del refrigerador entre + 2 y + 8 °C		
21.	Se controla temperatura 2 veces al día		
22.	Hoja de temperatura actualizada y visible		
23.	Lectura correcta del termómetro mínima y máxima		
24.	Monitoreo y análisis mensual del comportamiento del refrigerador		
25.	Existencia de termómetro de repuesto		
26.	Plan de acción escrito frente acortes de energía eléctrica		
27.	Capacidad mínima de almacenamiento para 30 días		
28.	Vacuna identificadas por tipo, fecha de vencimiento y fecha de recepción		
29.	Vacunas víricas protegidas de la luz		
30.	Vacunas y diluyentes en termos con temperatura de +2°C y 8°C		
31.	Diluyentes de usos posterior almacenados en lugar fresco		
Observaciones:			

ÁMBITO EQUIPOS: TERMOS Y CAJAS DE TRANSPORTE			
Requisitos:		SI	NO
1.	Cuenta con 3 termos como mínimo		
2.	Tiene unidades refrigerantes de recambio llenas con agua sola		
3.	Tiene cajas de transporte de poliuretano para retiro de vacunas		
4.	Termos y cajas de transporte están limpios		
5.	Termo preparado según normas		
6.	Termo preparado dentro del rango de temperatura normado		
7.	Termo con 4 unidades refrigerantes		
8.	Unidades refrigerantes protegidas con cartón grueso		
9.	Termo con termómetro interno ubicado entre las vacunas		
10.	Cuenta con termómetros suficientes para cajas y termos		
11.	Vacuna Polio protegida de la luz		
12.	En vacuna multidosis consigna fecha de inicio de uso		
13.	La vacuna polio se descarta al 5° día hábil de uso		
14.	La vacuna DPT y DT se descarta al 10° día hábil de uso		
Observaciones:			

ÁMBITO REGISTROS DE ADMINISTRACION DE VACUNAS			
Requisitos:		SI	NO
1.	Existe registro de comuna de residencia		
2.	Existe registro de oportunidad de vacunación		
3.	REM incorpora vacunados por residencia		
4.	REM incorpora concepto de oportunidad de vacunación		
5.	Existe registro en la ficha clínica del niño de las vacunas recibidas		
6.	Vacunas administradas son registradas en tarjeta de control del niño		
Observaciones:			